SLIMLINE HANDTAG FÖR KEELER



LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA

Slimline handtag för Keeler
Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt. För såväl din egen som dina kunders säkerhets skull ska du beakta all säkerhetsinformation i detta avsnitt. Informationen nedan är avsedd att uppmärksamma dig på de säkerhetsrisker som kan uppkomma i samband med missbruk eller skador.

⚠ **Varning**

Produkten får inte användas i närvaro av brännbara gaser.

Ta inte isär eller ändra batteriet. Det finns inga delar inuti som du kan utföra service på.

Kasta inte använda batterier i eld. Stick inte hål på dem.

Använd inte batterier som är deformerade, läcker, har korroderat eller är synligt skadade.

Om produkten avger en underlig lukt, värme eller rök ska du stoppa användning omedelbart. Fortsatt användning av en skadad produkt medför risk för personskador.

Sänk inte ner enheten i vätska av något slag.

Använd inte enheten om den är skadad. Besiktiga den regelbundet med avseende på eventuella tecken på skador.

Endast Keelers slimline handtag med röd sockel kan användas i Keelers litiumladdare. Försök inte sätta Keelerhandtag med blå sockel i Keelers litiumladdare. Se avsnittet om identifiering av Keelerhandtag och glödlampor.

Försiktig
Ta ut torrbatterier före förvaring under längre tid.

Använd endast Keelers laddningsbara batteri, art. nr. EP39 18918

Ladda endast med Keelers laddare, art.nr. 1941-P-5289, dubbelladdare, 1941-P-5326, miniladdare

Blanda inte olika typer av batterier.

Ladda aldrig batterier på en plats där temperaturen kan stiga till över 40 ºC, eller falla till under 0 ºC.

Förvara utom räckhåll för barn.

Endast för inomhusbruk (skydda mot fukt)

Undvik kondensbildning genom att låta instrumentet nå rumstemperatur innan det används.

När du ansluter ett instrumenthuvud till ett handtag ska du kontrollera att spänningsvärdet för glödlampan i instrumentet överensstämmer med det för handtaget. Se till att reglaget står i det avstängda läget när undersökningen har slutförts.

Vid byte av litiumcell ska handtaget stängas av innan den nya cellen sätts in. Sätt tillbaks den undre luckan och placera handtaget i laddningsuttaget.

Miljöfakta
Kassera använda batterier i enlighet med de lokala föreskrifterna för hantering av batterier.

Tejpa över batterikontakterna för att eliminera risken för kortslutning.

Litium/jonbatterier innehåller inga giftiga tungmetaller såsom kvicksilver, kadmium eller bly.

Identifiering av Keelers handtag och glödlampor
Keelers handtag och glödlampor är färgkodade för att du ska kunna skilja mellan handtag för torrceller (2,8 V) och handtag för litiumbatterier (3,6 V). Handtagen är färgkodade enligt följande:

Blå sockel = 2,8 volt för torrbatterier
Röd sockel = 3,6 volt för laddningsbara batterier.

Vid byte av glödlampa måste du kontrollera att lampans spänningsvärde överensstämmer med värdet för handtaget.

Sätta in/byta batterier
Skruva av batterilocket, sätt in batterierna och sätt sedan tillbaks batterilocket på det sätt som framgår av figur 1.



Figur. 1



Anslutning av instrumenthuvuden till handtaget.
Instrumenthuvudet ansluts till handtaget med en skruvgänga. Anslut instrumenthuvudet på det sätt som visas och vrid det medurs. Kontrollera anslutningen mellan huvudet och handtaget.

Kompatibilitet
Keelers Specialist-, Professional-, Standard- och Practitioner-oftalmoskop och Keelers retinoskop är kompatibla med handtag av typ Keeler 2.8v och 3.6v.



AV

Kontroll för på/avslag och ljusstyrka
Slå på instrumentet genom att vrida ljusstyrkekontrollen åt höger som visas.
Slå av instrumentet genom att vrida ljusstyrkekontrollen åt vänster som visas.
Keelers slimline handtag är försedda med en effektindikator. Den visar om instrumentet är påslaget eller avslaget.
Rött = på Silver = av.



HALVT PÅ

Handtagsidentifiering
Keelers slimline handtag är färgkodade så att du kan skilja mellan handtag med torrbatterier (2,8 volt) och handtag med laddningsbara batterier (3,6 volt). Handtagen har följande färgkodning.



HELT PÅ

Blå bas = 2,8 volt för torrbatterier (med invändig hylsa) 13A
Röd bas = 3,6 volt för laddningsbara batterier. 13B

Rengöringsinstruktioner
Rengör endast instrumentet manuellt, på det sätt som framgår nedan, och sänk aldrig ner det i vätska av något slag:

1. Torka av den utvändiga ytan med en ren absorberande, luddfri trasa som fuktats med en blandning av vatten och rengöringsmedel (2 volymprocent), eller med en vatten/isopropylalkohollösning (70 volymprocent).

2. Se till att överskottslösning inte kommer in i instrumentet. Trasan ska inte vara helt indränkt med lösningen.

3. Torka ytorna omsorgsfullt för hand med en ren, luddfri trasa.

4. Kassera det material som användes vid rengöringen på ett säkert sätt.

Garanti och service
Det finns inga delar som användaren själv kan utföra service på. Allt förebyggande underhåll och all service måste utföras av Keelers behöriga representanter.

Din Keelers handtag har en 3-årsgaranti, och vi byter ut den eller reparerar den kostnadsfritt på följande villkor:

1. Det fel som föreligger beror på fel vid tillverkningen
2. Inköpet ska kunna styrkas vid varje garantianspråk

TILLVERKAD I STORBRITANNIEN AV:

Keeler Limited
Clewer Hill Road
Windsor
Berkshire SL4 4AA
England
Tel.: +44 1753 857177
Fax: +44 1753 827145
KOSTNADSFRITT: 0800 521 251

DISTRIBUTÖR:

Keeler Instruments Inc
456 Parkway
Broomall
PA 19008, USA
Kostnadsfritt: 1 800 523 5620
Tel.: 610 353 4350
Fax: 610 353 7814

”CE-märkningen på denna produkt visar att den har testats och befunnits uppfylla de krav som ställs i direktivet 93/42/EEG om medicinska anordningar.”

A HALMA GROUP COMPANY

Distributör

Keeler